



त्रिभुवन विश्वविद्यालय

शिक्षण अस्पताल

तार-दुयमंड
महाराजगञ्ज
काठमाडौं, नेपाल ।



पत्र संख्या :-

मिति

सूचना

२०८०।०४।३२

यस अस्पतालको लागि तपमिलमा उल्लेख भएका सामग्री आवश्यक भएको हुँदा उक्त सामग्री यस अस्पतालमा आपूर्ति गर्न इच्छुक इजाजत प्राप्त सप्लायर्स/कम्पनी/फर्महरूले २०८०।०५।०५ गते कार्यलय समर्याभित्र आवश्यक सम्पूर्ण कागजातका साथै दररेट विवरण सहित शिलबन्दी कोटेशन अस्पतालको सामान्य प्रशासन शाखा "क" मा कार्यालय समय भित्र पेशगर्न सूचित गरिन्छ । अस्पतालको आवश्यकता अनुसार परिमाण खरिद गरिने हुनाले एकाई दररेट पेश गर्न समेत सूचित गरिन्छ ।

S.N.	Description	Unit
1.	Laboratory Centrifuge Machine, 24 Tube Capacity	set

नोट: कार्यादेश प्राप्त मितिले ५ दिनभित्र सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

Technical Requirements

- Carbonless
- Digital display
- Safety lid interlock with emergency lock release
- Timer range: 0-99 Minute
- Capacity : minimum 24 tubes
- speed: minimum 6000 rpm
- RFC: minimum 5000g
- Noise: maximum 60db
- Tube capacity: 3-5 ml

गेशन कुमार पोखरेल

प्रमुख

सामान्य प्रशासन 'क'